



結果判定書


受付番号：OS-151007-2

依頼者名：中川 章 様

商号：株式会社 京阪水処理開発

電気泳動像

結果判定日：2015年10月16日



レーン	検体番号
A	分子量マーカー
B	KHV 陽性対照
C	陰性対照
D	OS1007-2
E	分子量マーカー

使用 primer

- Corrected KHV *Sph*I-5 primer set (Yuasa *et al.*, 2005)

解説：この写真を基に結果判定を行った。KHV陽性対照(レーンB:292bp)を基準として検体レーン(D以降)に同じ高さのバンドが見られる場合は、陽性と判定される。バンドが見られない場合、またはバンドは見られるがレーンBのバンドと高さがずれている(分子量が異なる)場合には、陰性と判定される。

判定：コイヘルペスウイルス PCR 検査

検体番号 (検体名)	魚種	検体の種類	検査部位	判定	備考
1 OS1007-2	ニシキゴイ	生魚	鰓	陰性	1尾を1検体とした
2					
3					
4					
5					
6					